

医薬品・医療機器等安全性情報

No.309

ダイジェスト

平成26年(2014年)1月
[厚生労働省医薬食品局]

医薬品・医療機器等安全性情報No.309が発行されました。その概要は以下のとおりです。詳細は次の雑誌に掲載されますので、関連症例等についてはこれらをご参照下さい。

日本医師会雑誌(3月号)(1のみ)

日本病院薬剤師会雑誌(3月号)

日本薬剤師会雑誌(3月号)(1,2のみ)

診療と新薬(2月号)

なお、医薬品医療機器情報提供ホームページ(<http://www.info.pmda.go.jp/>)又は厚生労働省ホームページ(<http://www.mhlw.go.jp/>)からも入手可能です。

1. 穿刺部止血デバイスに関する使用上の注意について

経皮的血管形成術等のカテーテル挿入部(大腿動脈穿刺部)の止血処置に用いる穿刺部止血デバイスについて、重篤な不具合の事例が報告されている。これまでに報告された国内不具合報告の内容とともに、使用時や使用後の患者管理等に関する注意点を紹介する。

2. 市販直後調査の対象品目一覧

平成26年1月1日現在、市販直後調査の対象品目を紹介する。

参考資料

医薬品、医療機器だけでなく、医薬部外品及び化粧品についても副作用等の情報が得られた場合には、厚生労働省への報告をお願いいたします。