

X線造影剤 製剤別適応一覧表

日本医学放射線学会 造影剤安全性委員会 2015年12月作成

造影剤				血管内投与										髄腔内投与*		その他									
				静脈内投与			動脈内投与							脳脊髄		子宮卵管	逆行性尿路	膵胆管		関節	唾液腺	精囊			
分類	販売会社	製品名	ヨード濃度	造影CT	静脈性尿路	静脈性胆嚢胆管	血管撮影							脳室・脳槽	脊髄			ERCP	PTC						
							IVDSA	脳血管	心臓・肺	大動脈	選択的血管	四肢	IADSA												
非イオン性モノマー	バイエル	イオパミロン	150	○	○									○	警告 (厳禁)		○								
			300	○	○		○	○		○	○	○	○	○		○		○							
			370	○	○		○		○	○	○	○	○	○		○									
	第一三共	オムニパーク	140	○												○									
			180														○	○							
			240	○	○									○			○	○							
			300	○	○		○	○			○	○	○	○		○		○							
	富士製薬	オブチレイ	240	○																					
			320	○	○		○	○		○	○	○	○	○		○									
			350							○	○	○													
	エーザイ	イオメロン	300	○	○		○	○		○	○	○	○	○											
			350	○	○		○		○	○	○	○	○	○											
400				○				○	○	○	○														
アルフレッサ	プロスコープ	300	○	○		○	○		○	○	○	○	○												
		370	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○											
イオン性ダイマー	富士製薬	ヘキサブリックス	320	○	○		○	○	○	○	○	○													
	バイエル	ピリスコピン	50			○																			
非イオン性ダイマー	第一三共	ビジパーク	270					○									○	○							
			320																						
	バイエル	インピスト	240											○	○					○					
イオン性モノマー	バイエル	ウログラフィン	60%															○	○	○	○				
			76%																			○			
	第一三共	コンレイ	30%																○	○	○				
			60%																	○	○	○			
			400																				○		
油性	富士製薬	リピオドール	480														○								

○:添付文書において適応とされる項目

※ 髄腔内投与には、表中の丸印の製剤以外を使用しないこと