

X線造影剤 製剤別適応一覧表

日本医学放射線学会 造影剤安全性委員会 2020年4月改訂

造影剤				血管内投与									髄腔内投与 髄腔内投与には、表中 の丸印の製剤以外を 使用しないこと		その他									
				静脈内投与			動脈内投与						脳脊髄		子宮 卵管	逆行性 尿路	膵胆管		関節	唾液腺	リンパ系			
分類	販売会社	製品名	ヨード 濃度	造影CT	静脈性 尿路	静脈性 胆嚢 胆管	血管造影						脳室・ 脳槽	脊髄			ERCP	PTC						
							IVDSA	脳血管	心臓・肺	大動脈	選択的 血管	四肢	IADSA											
非イオン性 モノマー	バイエル	イオバミロン	150	○	○									○	警告 (厳禁)									
			300	○	○		○	○		○	○	○	○	○				○						
			370	○	○		○			○	○	○	○	○		○								
	GEヘルスケア ファーマ	オムニパーク	140	○												○								
			180														○	○						
			240	○	○									○			○	○						
			300	○	○		○	○			○	○	○	○		○		○						
	ゲルベ・ ジャパン	オプトレイ	240	○																				
			320	○	○		○	○		○	○	○	○	○		○								
			350	○						○	○	○												
	エーザイ	イオメロン	300	○	○		○	○		○	○	○	○	○										
			350	○	○		○			○	○	○	○	○										
400				○					○	○	○													
アルフレッサ	プロスコープ	300	○	○		○	○		○	○	○	○	○											
		370	○	○		○			○	○	○	○	○	○										
イオン性 ダイマー	バイエル	ピリスコピン	50			○																		
非イオン性 ダイマー	GEヘルスケア ファーマ	ビジパーク	270					○				○						○	○					
			320										○											
	バイエル	インピスト	240												○	○				○				
			300																○	○				
イオン性 モノマー	バイエル	ウログラフィン	60%															○	○	○	○			
			76%																			○		
油性	ゲルベ・ ジャパン	リピオドール	480																			○		

○: 添付文書において適応とされる項目